



Broj: 11-16.6-2913-3-8/15
Dana: 20.07.2015. godine

Ponudāci koji su preuzeli Tendersku dokumentaciju broj 11-16.6-2913-3/15

PAŽNJA: Pojedinačni dopisi za svakog zainteresovanog učesnika, bez navođenja ostalih.

PREDMET: Izmjena Tenderske dokumentacije – dostavlja se

Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine pokrenula je procedure javne nabavke otvorenim postupkom, uz obavještenja br. 5-1-1-110-3-21/15 poslato na objavu 26.06.2015.godine u 13:55, za nabavku robe: Medicinski proizvodi – Laboratorijski potrošni materijal.

Od strane zainteresovanog ponudāca zatražena su pojašnjenja, kako slijedi:“

1. Za LOT 2 – Automatske pipete i nastavci za pipete za FKL za 2 godine
Pod R.br 3. iz Priloga br III-Obrazac za cijenu ponude u koloni
“kataloški broj“ navedena je nepostojeća šifra
„Naziv „ naveden je nepostojeći opseg
2. Za LOT 10 – Laboratorijsko posuđe za FKL za 2 godine
 1. Za odmjerne tikvice kod proizvođača Schot Duran su originalni čepovi od plastike PE (hemijski i termički otporni).
Da li ovako kompletirane tikvice vama odgovaraju?
 2. R.br 10. Čaša niska staklena. Navedene dimenzije odgovaraju čaši od 15.000 ml.
Da li želite čašu 15.000 ml sa navedenim dimenzijama ili od 10.000 ml koja ima druge dimenzije?
 3. R.br 20. Čaša staklena od 200 ml se ne proizvodi.
Da li je za vas prihvatljiva čaša od 250 ml?
 4. R.br 21. Čaša staklena od 500 ml se ne proizvodi.
Da li za vas prihvatljiva čaša od 600 ml?
 5. R.br 33. Petrijeve posudice
Molimo vas da navedete preporučeni kataloški broj, da bi se izbjegle dileme u vezi dimenzija dna i poklopca petrijevih posudica. Standard je da se tražena dimenzija odnosi **na poklopac** (veći promjer).
3. Za LOT 12 – Laboratorijsko posuđe za MBL za 2 godine
 1. Za odmjerne tikvice kod proizvođača Schot Duran su originalni čepovi od plastike PE (hemijski i termički otporni).
Da li ovako kompletirane tikvice vama odgovaraju?
 2. R.br 42. Bakteriološka pipeta staklena gradušana bez vrha.
Molimo detaljnije pojašnjenje ili preporučeni kataloški broj.
 3. R.br 33. Petrijeve posudice
Molimo vas da navedete preporučeni kataloški broj, da bi se izbjegle dileme u vezi dimenzija dna i poklopca petrijevih posudica. Standard je da se tražena dimenzija odnosi **na poklopac** (veći promjer).
 4. R.br 43. Inox tuba za sterilizaciju pipeta
Da li je za vas prihvatljivo da dimenzije budu $\varnothing 80 \times 500$ ili $\varnothing 80 \times 380$
U očekivanju vašeg odgovora.“

Za predhodno zatražena pojašnjenja Agencija za lijekove i medicinska sredstva daje odgovore, na slijedeći način:

1. Pojašnjenje za LOT 2 – Automatske pipete i nastavci za pipete za FKL za 2 godine



LOT 2 Automatske pipete i nastavci za pipete za FKL za 2 godine pod rednim brojem 3 Kataloški broj nije 4810000.023 nego 4861000.023 i došlo je od greške i kod volumena nije od 50-100 ul nego treba da stoji 5-100 ul, te je u skladu sa ovim izvršena i izmjena Tenderske dokumentacije u dijelu Aneksa II- Obrasca za cijenu ponude- robe.

2. Pojašnjenje za LOT 10 – Laboratorijsko posuđe za FKL za 2 godine .

Stavka 1. Što se tiče tikvica decidno je napisano da budu Schot Duran, i kao takve ćemo prihvatiti bez obzira na čepove od plastike.

Stavka 2. Čaša niska staklena treba da bude volumena 10000 ml graduisana zavisno od proizvođača do proizvođača koja je dimenzija, što znači da dimenzija nije eliminatorna.

Stavka 3. i 4. Čaša staklena volumena 200 ml i 500 ml s obzirom da se ne proizvodi možete ponuditi volumen veći, ali da stepen graduacije bude 200 ili 500. Ovo bi moglo da se odnosi i na ostale čase drugih volumena.

Stavka 5. Petrijeve posudice – standard je da se tražena dimenzija odnosi na poklopac (veći promjer).

3. Pojašnjenje za LOT 12 Laboratorijsko posuđe za MBL za 2 godine

Stavka 1. Što se tiče tikvica decidno je napisano da budu Schot Duran, i kao takve ćemo prihvatiti bez obzira na čepove od plastike.

Stavka 2. Bakteriološka pipeta staklena graduisana bez vrha – odgovaraju LGG serološkim pipetama od 10 ml (wide mouth) preporučeni kataloški broj 9.380.442

Stavka 3. Petrijeve posudice – standard je da se tražena dimenzija odnosi na poklopac (veći promjer)

Stavka 4. Inox tuba za sterilizaciju pipeta smo preporučili kataloški broj koji se odnosi na omjer 70x400, međutim u ovom slučaju s obzirom na specifičan artikal mogu dimenzije biti i 80x380.

Ugovorni organ u skladu sa članom 56. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), vrši i produženje roka za podnošenje ponuda u skladu sa Ispravkom obavještenja koje je u prilogu.

Navedeno pojašnjenje bit će dostavljeno svim učesnicima postupaka nabavke koji su preuzeli tendersku dokumentaciju i postavljeno na web stranicu: www.almbih.gov.ba.

Prilog:

- 1 Izmjenjen novi Obrazac za cijenu ponude- robe za LOT 2, (LOT 10 i LOT 12 ostaju neizmjenjeni),
2. Ispravka obavještenja

Dostaviti:

1. Naslovu,
2. Sektoru za finansijske poslove,
3. Komisiji za javne nabavke,
4. Web stranica,
5. a/a.

DIREKTOR



Prim. mr ph. Nataša Grubiša, spec.



ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

Obavještenje koje se ispravlja

Broj obavještenja	5-1-110-3-21/15
Datum objave obavještenja	13.7.2015.

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN

I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv	AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BIH
IDB/JIB	4402964170008
Kontakt osoba	Nermina Pašić
Adresa	Veljka Mladenovića bb
Poštanski broj	78000 Banja Luka (sp)
Općina/Grad	Banja Luka
Telefon	(051) 456-040
Faks	(051) 450-301
Elektronska pošta	v.kecman@almbih.gov.ba
Internet adresa	www.almbih.gov.ba

I 2. Ispravlja se sljedeće

Odjeljak IV 6. mijenja se i glasi:	
Datum i vrijeme	12.8.2015. 10:00:00
Odjeljak IV 7. mijenja se i glasi:	
Datum i vrijeme	12.8.2015. 10:40:00
Adresa i mjesto	Ul. Veljka Mladenovića bb, Banja Luka





BOSNA I HERCEGOVINA
AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЈЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА



Obrazac za cijenu ponude – robe, Prilog III

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE - IZMJENA

Strana 1 od 3

Naziv dobavljača: _____

Ponuda br. _____

LOT 2 - AUTOMATSKE PIPETE I NASTAVCI ZA PIPETE ZA FKL

1 Br stavke	2 Naziv	3 Detaljan opis	4 Kataloški broj	5 Jed m je r a	6 Količi na	7 Jedinična cijena po stavci bez PDV-a	8 Jedinična cijena po stavci sa PDV-om	9 Ukupna cijena po stavci bez PDV-a	10 Ukupna cijena po stavci sa PDV-om	11 Ponuđeni kataloški broj, naziv kataloga i zemlja porijekla	12 J e d p a k o v a n j e	13 Preporučeni kataloški broj i proizvođač
1	Eppendorf Xplorer elektronska pipeta za volumene od 0,5 do 10 ul ili ekvivalent	volumni inkrement 0,01 ul ili manje; tačnost $\pm 2,5\%$ na volumenu od 1 l; preciznost $\leq 1,8\%$ na volumenu od 1 ul; sa punjačem i baterijom	4861 000. 015	KOM	1							
2	Eppendorf Xplorer elektronska pipeta za volumene od 50 do 1000 ul ili ekvivalent	volumni inkrement 1,0 ul ili manje; tačnost $\pm 3,0\%$ na volumenu od 100 ul; preciznost $\leq 0,6\%$ ul na volumenu od 100 ul; sa punjačem i baterijom	4861 000. 040	KOM	1							
3	Eppendorf Xplorer elektronska pipeta za volumene od 5 do 100 ul ili ekvivalent	volumni inkrement 0,1 ul ili manje; tačnost $\pm 2,0\%$ na volumenu od 10 ul; preciznost $\leq 1,0\%$ ul na volumenu od 10 ul; sa punjačem i baterijom	4861 000. 023	KOM	1							
4	Eppendorf Xplorer elektronska pipeta za volumene od 250 do 5000 ul ili ekvivalent	volumni inkrement 10 ul ili manje; tačnost $\pm 3,0\%$ na volumenu od 500 ul; preciznost $\leq 0,6\%$ ul na volumenu od 500 ul; sa punjačem i baterijom	4861 000. 058	KOM	1							

5	Stalak sa punjačem za jednokanalne i višekanalne Eppendorf Xplorer automatske pipete ili ekvivalent	sa najmanje 4 mjesta za punjenje; mora odgovarati Eppendorf Xplorer automatskim pipetama	4880 000. 026	KOM 1					
6	Automatska propipeta - Eppendorf Easypet 3 ili ekvivalent	pododna za rad sa staklenim pipetama različitog promjera; moguć rad za vrijeme punjenja baterije; sa punjačem, zidnim nosačem i punjivom baterijom	4430 000. 018	KOM 4					
7	Dispenser za volumene od 2 do 10 ml - Eppendorf Varispenser ili ekvivalent	volumni inkrement od 0,2 ml ili manje; tačnost $\pm 0,5\%$; preciznost $\leq 0,1\%$; za navoj od 32 mm sa adapterima za navoje boca 28, 40 i 45 mm; pogodan za dispinziranje 32% HCl	4960 000. 035	KOM 1					
8	ep T.I.P.S. - Eppendorf nastavci za pipete za volumen od 0,1 - 10 ul ili ekvivalent	mora odgovarati Eppendorf Xplorer automatskim pipetama; približne dužine 34 mm	0030 000. 811	KOM 1000					
9	ep T.I.P.S. - Eppendorf nastavci za pipete za volumen od 2 - 200 ul ili ekvivalent	mora odgovarati Eppendorf Xplorer automatskim pipetama; približne dužine 53 mm	0030 000. 870	KOM 3000					
10	ep T.I.P.S. - Eppendorf nastavci za pipete za volumen od 50 - 1000 ul ili ekvivalent	mora odgovarati Eppendorf Xplorer automatskim pipetama; približne dužine 71 mm	0030 000. 919	KOM 3000					
11	ep T.I.P.S. - Eppendorf nastavci za pipete za volumen od 100 - 5000 ul ili	mora odgovarati Eppendorf Xplorer automatskim pipetama; približne dužine 120 mm	0030 000. 978	KOM 1000					

