



Broj: 11-16.6-2913-3-4/15

Dana: 07.07.2015. godine

Ponudāči koji su preuzeli Tendersku dokumentaciju broj 11-16.6-2913-3/15

PAŽNJA: Pojedinačni dopisi za svakog zainteresovanog učesnika, bez navođenja ostalih.

PREDMET: Izmjena Tenderske dokumentacije – dostavlja se

Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine pokrenula je procedure javne nabavke otvorenim postupkom, uz obavještenja br. 5-1-1-110-3-21/15 poslato na objavu 26.06.2015.godine u 13:55, za nabavku robe: Medicinski proizvodi – Laboratorijski potrošni materijal.

Ugovorni organ vrši izmjenu Tenderske dokumentacije i to u dijelu koji se odnosi na Obrazac za cijenu ponude robe LOT 10 – Laboratorijsko posuđe za FKL, na način da ispravlja štamparsku grešku na stranici 58. Tenderske dokumentacije i dodaje nedostajuće redove: Ukupna cijena ponude bez PDV-a, Popust, Ukupna cijena sa popustom bez PDV-a, Iznos PDV-a i Ukupna cijena sa PDV-om. Izmjenjena stranica 58, je dostupna na web stranici www.almbih.gov.ba

Od strane zainteresovanih ponudāča zatražena su pojašnjenja, kako slijedi:“

1. Za LOT 3 – Potrošni laboratorijski materijal kivete za 1 godinu, traži se pojašnjenje:
 - da li se radi o mikro ili makro kivetama
 - koji je volumen kivete
 - koje su dimenzije kivete (HxWxD)
 - da li Vam trebaju sa dvije polirane stranice a dvije transparentne
2. Za LOT 2 – Automatske pipete i nastavci za pipete za FKL, nigdje u LOT-u 2 nije navedeno da je moguće nuditi ekvivalenta Ependorfu?“ „, Da li bismo sa našim pipetama mogli uzeti učešće ako bismo konkurirali u nekim stavkama sa malo drugačijim volumnim razmacima, koji bi u konačnici odgovarali potrebama, koje ste i naveli u obavještenju?
3. Na kraju specifikacije za LOT 10 - Laboratorijsko posuđe za FKL (OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE-ROBE strana br. 58), u napomeni, tačka 2. stoji da volumetrijsko posuđe mora imati i pripadajuće Certificate. Certificate se izdaju za klasu A , da li to znači da stavke od red.br. 24 do red.br. 32 trebaju biti klase A.“

Za predhodno zatražena pojašnjenja Agencija za lijekove i medicinska sredstva daje odgovore, na slijedeći način:

Pojašnjenje za LOT 3 – Potrošni laboratorijski materijal kivete za 1 godinu

- na pitanje: da li se radi o mikro ili makro kivetama, odgovor je da se radi o standardnim kivetama
- na pitanje: koji je volumen kivete, odgovor je da je volumen približno 3,5 ml, ali da podržava dužinu optičkog puta 10 mm i ovo je podatak koji ne smije odstupati.
- na pitanje: koje su dimenzije kivete (HxWxD), odgovor je da su dimenzije približno 45 mm x 12,5 mm x 12,5 mm
- na pitanje: da li Vam trebaju sa dvije polirane stranice a dvije transparentne, odgovor je dvije nasuprotne stranice transparentente.



BOSNA I HERCEGOVINA
AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA



БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЈЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА

Pojašnjenje LOT 2 – Automatske pipete i nastavci za pipete za FKL, u specifikaciji su dati tačni parametri kvaliteta pipeta, a ne otprilike. Ukoliko su pipete XXXXX istih performanci ili bolje od traženih naravno da mogu konkurisati u skladu sa Zakonskim propisima.

LOT 10 - Napomena za certifikate se odnosi isključivo na volumetrijsko posuđe, kako je uostalom u napomeni decidno navedeno. Budući da menzure (stavke 24 – 32) nisu volumetrijsko posuđe, odgovor na postavljeno pitanje glasi NE, stavke 24-32 ne trebaju biti klase A.

Ugovorni organ u skladu sa članom 56. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), vrši i produženje roka za podnošenje ponuda u skladu sa Ispravkom obavještenja koje je u prilogu.

Navedeno pojašnjenje bit će dostavljeno svim učesnicima postupaka nabavke koji su preuzeli tendersku dokumentaciju i postavljeno na web stranicu: www.almbih.gov.ba.


Prilog 1: Izmjenjen novi Obrazac za cijenu ponude- robe za LOT 2, LOT 3 i LOT 10
2. Ispravka obavještenja

Dostaviti:

1. Naslovu,
2. Sektoru za finansijske poslove,
3. Komisiji za javne nabavke,
4. Web stranica

(5) a/a.

DIREKTOR



[Handwritten signature]
Prim. mr ph. Nataša Grubiša, spe



ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

Obavještenje koje se ispravlja
Broj obavještenja 5-1-1-110-3-21/15
Datum objave obavještenja 26.6.2015.

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN

I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BIH
IDB/IIB 4402964170008
Kontakt osoba Nermina Pašić
Adresa Veljka Mladenovića bb
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Općina/Grad Banja Luka
Telefon (051) 456-040
Faks (051) 450-301
Elektronska pošta v.kecman@almbih.gov.ba
Internet adresa www.almbih.gov.ba

I 2. Ispravlja se sljedeće
Odjeljak IV 6. mijenja se i glasi:
Datum i vrijeme 29.7.2015. 10:00:00
Odjeljak IV 7. mijenja se i glasi:
Datum i vrijeme 29.7.2015. 10:40:00
Adresa i mjesto Ul. Veljka Mladenovića bb, Banja Luka
Adresa: La Benevolencija 8/I
Telefon: (033) 251-591
Faks: (033) 251-595
E-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba
Web: https://www.ejn.gov.ba
Datum i vrijeme slanja obavještenja na objavu: 7.7.2015. u 14:34

1 / 1



BOSNA I HERCEGOVINA
AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЈЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА



Obrazac za cijenu ponude – robe, Prilog III

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE - IZMJENA


Strana 1 od 3

Naziv dobavljača: _____

Ponuda br. _____

LOT 2 - AUTOMATSKE PIPETE I NASTAVCI ZA PIPETE ZA FKL

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Br stavka	Naziv	Detaljan opis	Kataloški broj	Jedmera	Količina	Jedinična cijena po stavci bez PDV-a	Jedinična cijena po stavci sa PDV-om	Ukupna cijena po stavci bez PDV-a	Ukupna cijena po stavci sa PDV-om	Ponuđeni kataloški broj, naziv kataloga i zemlja porijekla	Je dpa k o v a nje	Preporučeni kataloški broj i proizvođač
1	Eppendorf Xplorer elektronska pipeta za volumene od 0,5 do 10 ul ili ekvivalent	volumni inkrement 0,01 ul ili manje; tačnost $\pm 2,5\%$ na volumenu od 1 ul; preciznost $\leq 1,8\%$ na volumenu od 1 ul; sa punjačem i baterijom	4861 000. 015	KOM	1							
2	Eppendorf Xplorer elektronska pipeta za volumene od 50 do 1000 ul ili ekvivalent	volumni inkrement 1,0 ul ili manje; tačnost $\pm 3,0\%$ na volumenu od 100 ul; preciznost $\leq 0,6\%$ ul na volumenu od 100 ul; sa punjačem i baterijom	4861 000. 040	KOM	1							
3	Eppendorf Xplorer elektronska pipeta za volumene od 50 do 100 ul ili ekvivalent	volumni inkrement 0,1 ul ili manje; tačnost $\pm 2,0\%$ na volumenu od 10 ul; preciznost $\leq 1,0\%$ ul na volumenu od 10 ul; sa punjačem i baterijom	4810 000. 023	KOM	1							
4	Eppendorf Xplorer elektronska pipeta za volumene od 250 do 5000 ul ili ekvivalent	volumni inkrement 10 ul ili manje; tačnost $\pm 3,0\%$ na volumenu od 500 ul; preciznost $\leq 0,6\%$ ul na volumenu od 500 ul; sa punjačem i baterijom	4861 000. 058	KOM	1							




BOSNA I HERCEGOVINA
AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЈЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА



5	Stalac sa punjačem za jednokanalne i višekanalne Eppendorf Xplorer automatske pipete ili ekvivalent	sa najmanje 4 mjesta za punjenje; mora odgovarati Eppendorf Xplorer automatskim pipetama	4880 000. 026	KOM	1					
6	Automatska propipeta - Eppendorf Easypet 3 ili ekvivalent	pogodna za rad sa staklenim pipetama različitog promjera; moguć rad za vrijeme punjenja baterije; sa punjačem, zidnim nosačem i punjivom baterijom	4430 000. 018	KOM	4					
7	Dispenser za volumene od 2 do 10 ml - Eppendorf Varispenser ili ekvivalent	volumni inkrement od 0,2 ml ili manje; tačnost $\pm 0,5\%$; preciznost $\leq 0,1\%$; za navoj od 32 mm sa adapterima za navoje boca 28, 40 i 45 mm; pogodan za dispenziranje 32% HCl	4960 000. 035	KOM	1					
8	ep T.I.P.S. - Eppendorf nastavci za pipete za volumen od 0,1 - 10 ul ili ekvivalent	mora odgovarati Eppendorf Xplorer automatskim pipetama; približne dužine 34 mm	0030 000. 811	KOM	1000					
9	ep T.I.P.S. - Eppendorf nastavci za pipete za volumen od 2 - 200 ul ili ekvivalent	mora odgovarati Eppendorf Xplorer automatskim pipetama; približne dužine 53 mm	0030 000. 870	KOM	3000					
10	ep T.I.P.S. - Eppendorf nastavci za pipete za volumen od 50 - 1000 ul ili ekvivalent	mora odgovarati Eppendorf Xplorer automatskim pipetama; približne dužine 71 mm	0030 000. 919	KOM	3000					
11	ep T.I.P.S. - Eppendorf nastavci za pipete za volumen od 100 - 5000 ul ili	mora odgovarati Eppendorf Xplorer automatskim pipetama; približne dužine 120 mm	0030 000. 978	KOM	1000					



BOSNA I HERCEGOVINA
AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЈЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА



Obrazac za cijenu ponude – robe, Prilog III

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE - IZMJENA

Strana 1 od 2

Naziv dobavljača: _____

Ponuda br. _____

LOT 3 - POTROŠNI LABORATORIJSKI MATERIJAL – KIVETE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Br stavke	Naziv	Opis	Jed mje ra	Količina	Jedinična cijena po stavci bez PDV-a	Jedinična cijena po stavci sa PDV-om	Ukupna cijena po stavci bez PDV-a	Ukupna cijena po stavci sa PDV-om	Ponuđeni kataloški broj, naziv kataloga i zemlja porijekla	Jed pa k o v a nje	Preporučeni kataloški broj i proizvođač
1	KIVETE OD KVARCA (10 mm) SA ODGOVARAJUĆIM PTFE-POKLOPCEM	set se sastoji od dvije kivete sa dva poklopca, 10 mm dužina optičkog puta, (volumen približno 3,5 ml, dimenzije približno 45 mm x 12,5 mm x 12,5 mm, dvije nasuprotnje stranice transparentne)	SET	5							

Ukupna cijena ponude bez PDV-a	
Popust	
Ukupna cijena sa popustom bez PDV-a	
Iznos PDV-a	
Ukupna cijena sa PDV-om	

Napomena:



BOSNA I HERCEGOVINA
AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЈЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА



1. Mjesto isporuke: M.Tita 9, IV sprat , Sarajevo
2. Cijene moraju biti izražene u KM. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.
3. Cijena ponude se iskazuje bez PDV -a i sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti dobavljaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
4. U slučaju razlika između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
5. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.
6. Rok isporuke _____ dana od dana dostavljanja Narudžbenice ili Ugovora.

Broj: _____


Datum: _____

M.P.

Potpis dobavljača:



BOSNA I HERCEGOVINA
AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЈЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА



Obrazac za cijenu ponude – robe, Prilog III

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE IZMJENA


Strana 1 od 5

Naziv dobavljača: _____

Ponuda br. _____

LOT 10 - LABORATORIJSKO POSUDE ZA FKL za 2 godine

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Br	Naziv	Opis	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena po stavci bez PDV-a (uključujući dostavu i ostale troškove)	Jedinična cijena sa PDV-om	Ukupna cijena po stavci bez PDV-a	Ukupna cijena po stavci sa PDV-om	Ponuđeni kataloški broj, naziv kataloga i zemlja porijekla	Je d p a k o v a n j e	Preporučeni kataloški broj i proizvođač
1.	ODMERNI SUD RAVNO DNO	bezbojno staklo, volumena 10 ml +/- 0,025 ml, visina 90mm, sa staklenim slifovanim čepom, Schot Duran, Klasa A, certificiran prema ISO standardu	KOM	20							
2.	ODMERNI SUD RAVNO DNO	bezbojno staklo, volumena 20 ml +/-0,04 ml, visina 110 mm, sa staklenim slifovanim čepom, Schot Duran, Klasa A, certificiran prema ISO standardu	KOM	10							
3.	ODMERNI SUD RAVNO DNO	bezbojno staklo, volumena 50 ml +/-0,06	KOM	100							



BOSNA I HERCEGOVINA
AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЈЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА




20.	VISOKA STAKLENA ČAŠA	150 ml borosilikatno staklo 3.3., sa izlivom graduisana, volumena 200 ml	KOM	50						Simax
21.	VISOKA STAKLENA ČAŠA	borosilikatno staklo 3.3., sa izlivom graduisana, volumena 500 ml	KOM	10						Simax
22.	VISOKA STAKLENA ČAŠA	borosilikatno staklo 3.3., sa izlivom graduisana, volumena 1000 ml	KOM	10						Simax
23.	VISOKA STAKLENA ČAŠA	borosilikatno staklo 3.3., sa izlivom graduisana, volumena 2000 ml	KOM	30						Simax
24.	MENZURE 5 ml	staklene graduisane	KOM	5						
25.	MENZURE 10 ml	staklene graduisane	KOM	10						
26.	MENZURE 25 ml	staklene graduisane	KOM	10						
27.	MENZURE 100 ml	staklene graduisane	KOM	40						
28.	MENZURE 50 ml	staklene graduisane	KOM	10						
29.	MENZURE 250 ml	Staklene graduisane	KOM	10						
30.	MENZURE 1000 ml	staklene graduisane	KOM	20						
31.	MENZURE 500 ml	staklene graduisane	KOM	10						
32.	MENZURE 2000 ml	staklene graduisane	KOM	2						
33.	PETRIJEVE POSUDICE promjer 90 mm	SCHOT DURAN staklo	KOM	20						
34.	STAKLENI ŠTAPIĆI	Puno staklo	KOM	50						

Ukupna cijena ponude bez PDV-a	
Popust	



BOSNA I HERCEGOVINA
AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЈЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА



Ukupna cijena sa popustom bez PDV-a	
Iznos PDV-a	
Ukupna cijena sa PDV-om	

Napomena:

1. Stakleno posuđe mora biti izrađeno od borosilikatnog stakla.
2. Volumetrijsko posuđe mora imati i pripadajuće Certifikate.

Napomena:

1. Mjesto isporuke: M.Tita 9, IV sprat, Sarajevo
2. Cijene moraju biti izražene u KM. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.
3. Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti dobavljaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
4. U slučaju razlika između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
5. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.
6. Rok isporuke _____ dana od dana dostavljanja Ugovora.

Broj: _____

M.P.

Datum: _____

Potpis dobavljača: _____